



Общество с ограниченной ответственностью
Научно – производственная фирма «Исследовательский центр»
Россия, 630559, Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Кольцово, промзона, корпус 200, офис 426
Почтовый адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, а/я 247
Телефон / факс: (383) 336-71-32, 336-52-65, 325-30-73 – отдел продаж,
(383) 336-52-72 – бухгалтерия

Качественное удостоверение № 380 от 08 апреля 2020 г.

БАВ Ветом 1.23/10мл; жид.с/п#1

1. Торговое наименование БАВ Ветом 1.23.
2. Международное патентованное наименование БАВ: Vetom 1.23.
3. Форма выпуска: жидкость, флакон из полимерных материалов с пипеткой.
4. Номер серии: 040420.
5. Объем серии, предъявляемой на испытания: 6800 шт.
6. Место отбора: ЦПФ.
7. Дата отбора: 06.04.2020.
8. Дата поступления в ИЛБТК: 06.04.2020.
9. Количество поступивших образцов: 10 флаконов в индивидуальной картонной коробке по 10 мл.
10. Кем отобрана проба: лаборант О.В. Титова.
11. Извещение от: 06.04.2020.

| № п/п | Наименование показателя | Норма по НТД | Результат испытаний |
|-------|---|--|--|
| 1 | Внешний вид | жидкость желтого цвета | Соответствует |
| 2 | Запах | со специфическим запахом | Соответствует |
| 3 | Растворимость | Хорошо растворим в воде | Соответствует |
| 4 | Водородный показатель | 7±1 | 6,8 |
| 5 | Антагонистическая активность к тест-культурам (зона угнетения роста, мм) Shigella sonnei - 32; Salmonella typhimurium - 2606; Staphylococcus aureus - 209; Candida albicans - 620 | Не менее 5 Не менее 5 Не менее 8 Не менее 6 | 5 5 8 10 |
| 6 | Подлинность | Должны присутствовать бактерии Bacillus subtilis штамма ВКПМ В-10641 | Соответствует |
| 7 | Количество живых микробных клеток, Bacillus subtilis ВКПМ В-10641, КОЕ/мл, не менее | 1x10 ⁹ | 2,0x10 ⁹ |
| 8 | Микробиологическая чистота (наличие в 1 г препарата): Enterobacteriaceae; Pseudomonas aeruginosa; Staphylococcus aureus; посторонних микроорганизмов, в т.ч. и грибов, тыс/г не более | Не допускается Не допускается Не допускается 300,0 | Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует |

Директор

А.И. Леляк

Зав. ИЛБТК

А.А. Леляк

